



Hospital Vaz Monteiro de Assistência à Infância e à Maternidade

Rua Costa Pereira, 125 – Tel./Fax: (35) 3829-2600.

CEP: 37200-000 – Lavras – MG

Abertura da TP 002/2011

O representante da empresa Datamed Ltda Sr. Thales Alves da Silva pediu a palavra e solicitou a desclassificação das propostas das empresas Olidef CZ e Ativa Médico Cirúrgica para o item 03 alegando para tal que o modelo ofertado não atende a especificação do edital quando analisado o manual da ANVISA no modelo ofertado nos seguintes pontos: 1-Sistema de oxigênio que permite concentração de oxigênio até 85%, 2- não possui alarme de desalojamento e sensor de pele que é diferente do alarme de falha e desconexão; 3- Não possui altura livre de 37cm para procedimentos no interior da cúpula; 4- A empresa Olidef CZ não apresentou certificado de boas práticas de fabricação e a empresa Ativa Médico Cirúrgica apresentou referido documento em cópia simples do diário oficial sem a devida autenticação do mesmo. Considerando a necessidade de avaliar a qualidade dos itens constantes das propostas dos licitantes e a solicitação feita pelo representante da empresa Datamed Ltda, a CJL resolveu suspender a presente sessão para consultar responsável técnico e posteriormente proferir a decisão das propostas vencedoras, com a devida comunicação e publicidade. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às 15:45 horas, eu, Janderson Martins Vaz, membro desta comissão, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos membros da comissão já nomeado. Lavras, 15 de setembro de 2011.

Adm. Ana Márcia M. V. de Oliveira
Presidente

Janderson Martins Vaz
Secretário

Adriene Aparecida Souza Toledo Correa
Membro

Sabrina Costa Andrade
Convidado

André Silva de Oliveira
Convidado

Representantes das empresas licitantes
